

Landstingets kansli

Ekonomiavdelning
Kristina Bertov

Landstingsstyrelsen

C-båge operationsavdelningen Ryhov

Till följd av stora tekniska problem och försämrad kvalitet på befintlig utrustning finns behov av reinvestering i en ny C-båge (genomlysningsutrustning) på operationsavdelningen på Ryhov.

Utrustningen används i huvudsak i samband med ortopediska ingrepp i höft-lårben- och underbensfrakturer. Befintlig utrustning som är tio år har gått sönder och är svår att reparera varför en reinvestering är nödvändig.

Den aktuella C-bågen är kopplad till ett så kallat G-stativ. Användning av ett G-stativ ger ett smidigare arbetsflöde då genomlysning kan ske i två plan samtidigt utan att förändra positionen på utrustningen (till skillnad mot C-båge som behöver manövreras av personal på salen). Bättre bildkvalitet ger bättre operationsresultat, kortare vårdtider och mindre risk för reoperationer. De ingrepp som är aktuella med ett G-stativ innebär att utrustning används flera gånger dagligen vid operationer.

Förslag till beslut


Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna investeringsutgift på 1,9 miljoner kronor 2011 för inköp av C-båge till operationsavdelningen, Länsjukhuset Ryhov.

att finansiering sker ur ramen för oförutsedda investeringar i inventarier/utrustning

LANDSTINGETS KANSLI


Agneta Jansmyr
landstingsdirektör


Stefan Schoultz
ekonomidirektör